

znak: CF/DSOZ/PB/2009/015...0138/W/02502

Warszawa, dnia 02 2009 r.

Dyrektorzy
Oddziałów Wojewódzkich NFZ
/wszyscy/

Dotyczy: wykonywania i zasad rozliczania badań w diagnostyce jaskry: HRT, GDX i OCT.

W związku z napływającymi do Centrali NFZ zapytaniami świadczeniodawców dotyczącymi wykonywania i rozliczania świadczeń wykonywanych w diagnostyce jaskry, przedstawiam do stosowania opis przygotowany w oparciu o stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.

Badania z użyciem sprzętu HRT i GDX są badaniami obrazowymi wykorzystywanymi w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z rozpoznaniem jaskry. Pomimo pewnych różnic, dotyczących uzyskiwanej przy pomocy ww. sprzętu informacji medycznej, nie ma przeszkód aby traktować jej jako alternatywne.

Aparat OCT, którego głównym przeznaczeniem jest badanie stanu morfologicznego plamki żółtej i jej okolicy, daje również możliwość (pod warunkiem posiadania takiej opcji) monitorowania zmian jaskrowych i może być wykorzystywany jako alternatywa w stosunku do ww. badań. Będące w posiadaniu niektórych świadczeniodawców aparaty S-OCT nie zapewniają większej wartości diagnostycznej w stosunku do innych aparatów stosowanych w diagnostyce jaskry.

W związku z powyższym, w badaniach diagnostycznych i monitorujących jaskrę nie istnieje medycznie uzasadniona potrzeba łączenia powyższych badań, czego konsekwencją jest